

Mål nr 91-175

P.ans. 8701654-9

PATENTBESVÄRSRÄTTENS

DOM

meddelad 1996-12-12 med anledning av besvär över Patent- och registreringsverkets härvid fogade beslut.

Klagande: Nobelpharma AB (invändare)

Ombud:

Motpart: Astra Tech AB (sökande)

Ombud: Sven Kalling

Målet gäller: Patent på "Hylsa för uppbärande av en tandprotes".

YRKANDEN

I besvären yrkar invändaren att ansökningen avslås.

Sökanden vidhåller ansökningen med nya patentkrav jämte en ny

E E

Postadress
Box 24160
104 51 STOCKHOLM

Besöksadress
Karlavägen 100
Hus R, bottenv.

Telefon Telefax
08-783 38 50

783 76 37

beskrivningssida inkomna den 3 april 1996.

Patentbesvärsrätten ändrar på så sätt det överklagade beslutet att ansökningen bifalls till patent på grundval av patentkrav inkomna den 3 april 1996 i förening med den utlagda beskrivningen med den ändringen att sidan 1 i denna ersätts med en ny sida inkommen nyssnämnda datum.

SKÄL

Den av invändaren åberopade artikeln av T. Jemt beskriver ett förfarande som främst är avsett för att på ett ur estetiskt synpunkt godtagbart sätt anbringa en tand vid en i en patients käke inopererad fixtur. Förfarandet innebär i huvudsak att en hylsa fästes direkt i nämnda fixtur med hjälp av en ledpinne. Hylsan är därvid så vald att dess mot fixturen vända, kragformade del slutar strax under tandköttets ovankant. Därefter tas ett avtryck av det aktuella käkpartiet med infäst hylsa och en modell av detta parti framställs vilken modell används för att i laboratoriemiljö bygga upp en tand kring den del av hylsan som vetter från fixturen.

Från sålunda känd teknik skiljer sig den patentsökta hylsan såväl i fråga om användning som utformning. Således är den avsedd dels att utnyttjas för att förankra en tandbro vilket innebär att den skall samverka med ytterligare hylsor dels att infästas mot ett distansorgan och inte direkt mot fixturen i käken. Vad gäller utformningen har hylsan sådan längd att den kan bilda en kanal såväl genom avtrycksmassan som genom protesmaterialet. Genom de förekommande skillnaderna underlättas framställningen av bron avsevärt och fackmannen får genom den åberopade artikeln inte något incitament härtill.

Vid angivna förhållanden får den i kravet 1 angivna hylsan vid

en samlad bedömning anses uppvisa erforderlig uppfinningshöjd.

Lennarth Törnroth

Sten-Ove Henningsson
Referent

Jeanette Bäckvall

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär A)