

PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

AVSLAGSBESLUT

Beslutsdatum 2009-12-02

Patentansökan nr 0702533-1

Internationell klass (IPC)

A61G7/018

nte

Sökande:

Ombud:

Ref:

Benämning: Trankilitetssubstans

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår er patentansökan.

Skäl till beslutet

Beslutet avser de handlingar som inkom till PRV 2009-11-30 (bilaga 1).

Din ansökan är inte utformad enligt gällande praxis. Dels uppfyller den inte kravet på tydlighet som ställs i 8 § Patentlagen och dels har du gjort ändringar som strider mot 13 § Patentlagen, det vill säga att du har tillfört särdrag till uppfinningen som inte kan utläsas ur de ursprungligen inlämnade handlingarna. Den utföringsform av uppfinningen som du har valt att inrikta patentkraven mot uppfyller heller inte kraven på patenterbarhet som ställs i 2 § Patentlagen.

Du har i tidigare förelägganden uppmärksammats på de här bristerna och vad du kan göra för att avhjälpa dem men de ändringar du har gjort har inte varit i linje med påpekanden från PRV.

I 8 § Patentlagen står att en ansökan om patent ska innehålla bestämd uppgift om vad som söks skyddat genom patentet, det vill säga patentkrav. Patentkraven ska ange de tekniska särdrag som krävs för att utöva uppfinningen. Ditt patentkrav innehåller mest önskemål om de effekter du vill uppnå med uppfinningen. Ett sådant patentkrav kan inte anses uppfylla kravet på bestämd uppgift i Patentlagen.

En av utföringsformerna i din ansökan är en vidareutveckling av den uppfinning som beskrivs i din tidigare ansökan med nummer 0601419-5. Det är inte tillåtet att enbart hänvisa till en tidigare gjord ansökan när du ska beskriva den uppfinning som du vill söka skydd för med den nu aktuella

Beslutsdatum 2009-12-02 (ans.nr 0702533-1)

ansökan (0702533-1). Varje patentansökan måste självständigt beskriva vad som söks skyddat. Trots påpekanden från PRV har du inte inkommit med en beskrivning som innefattar beskrivningen från din tidigare ansökan.

Den andra utföringsformen handlar om att varje ben av sängen är anslutet till en hydraulbox och sängen kan på så sätt fås att röra sig enligt ett visst mönster. I de ursprungligen ingivna handlingarna återfinns nästan inga särdrag alls av den här utföringsformen. Inget av de särdrag som du fört in i ansökan efter ingivningsdagen angående den här utföringsformen kan alltså ligga till grund för patent eftersom en sådan ändring strider mot 13 § Patentlagen.

I föreläggandet från 2008-05-07 anfördes bland annat dokument US 5 410 768 A (D3). D3 beskriver en säng där varje ben är kopplad till en hydraulcylinder. Dessa cylindrar styrs av en central motor. Syftet med uppfinningen är att vaggas personen i sängen för att upprätthålla blodcirkulationen. Hydraulcylindrarna manövreras parvis längs sängens långsida för att påföra sängen en rotation kring dess längsgående axel. Se sammandrag, kolumn 1 rad 6-25, kolumn 3 rad 40-45 samt figur 1-2.

Den andra utföringsformen som du har beskrivit skiljer sig från vad som visas i D3 genom att det framstår som att varje box kan kontrolleras individuellt. I D3 framgår att boxarna manövreras parvis. Eftersom det inte framgår av din ansökan exakt hur manövreringen av boxarna ska ske eller vad som uppnås med att låta boxarna följa ett visst rörelsemönster anses inte din andra utföringsform skilja sig väsentligt ifrån vad som visas i D3. Den utföringsformen uppfyller därmed inte kraven i 2 § Patentlagen och kan därför inte patentskyddas.

Den sammantagna bedömningen som PRV gör av din ansökan är att den inte kan godkännas eftersom den strider mot bestämmelserna i 2, 8 och 13 §§ i Patentlagen.

Beslutande

Kristina Berggren
Patentexpert

Föredragande

Mimmi Westman
Patentingenjör

Beslutsdatum 2009-12-02 (ans.nr 0702533-1)

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm